



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wysowa-Zdrój, dnia 19.09.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na sprzedaż i dostawę urządzeń medycznych

W ramach projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy:

POWR.05.02.00-00-0040/15-00

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości i podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

I. Dane Zamawiającego

„Uzdrowisko Wysowa” S.A.

38-316 Wysowa-Zdrój 149

Regon: 000299140, NIP 7380005590

Tel. 183532400, faks 183532447

www.uzdrowisko-wysowa.pl , email: sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl ,

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urządzeń medycznych przeznaczanych do realizacji projektu **Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju** na podstawie umowy nr: POWR.05.02.00-00-0040/15-00.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Kod CPV: 33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

III. Miejsce wykonania zamawiania

1. Ośrodek Uzdrawisko Beskid 38-316 Wysowa-Zdrój 98

IV. Warunki Udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

3. Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	Kryterium	Waga (%)
1.	Cena netto	80
2.	Termin dostawy urządzeń	10
3.	Gwarancja	10

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała największą ilość punktów wyliczoną według poniższego wzoru $Lp=Lp1+Lp2+Lp3$ gdzie:

- a. Lp– liczba punktów
- b. Lp1 – liczba uzyskanych punktów za kryterium pierwsze (cena netto)
- c. Lp2 – liczba uzyskanych punktów za kryterium drugie (termin wykonania)
- d. Lp3 –liczba uzyskanych punktów za kryterium trzecie (gwarancja)

Poszczególne kryteria będą przeliczane według następującego wzoru:

- a) Kryterium nr 1 (cena netto)

$$Lp1 = (\text{najniższa oferowana cena} / \text{cena oferowana}) \times 100 \times 80\%$$

- b) Kryterium nr 2 (termin dostawy urządzeń) –punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- termin realizacji przedmiotu dostawy do 30 września 2016 r. – 10 pkt,
- termin realizacji przedmiotu dostawy po 30 września 2016 r. – 0 pkt.

- c) Kryterium nr 3 (gwarancja) - punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- gwarancja na okres od 24 miesięcy i powyżej - 10 pkt
- gwarancja na okres poniżej 24 miesięcy – 0 pkt

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Dopuszcza się składania ofert częściowych
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 - a) formularz ofertowy – zał. nr 2
 - b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zał. nr 3
 - c) opis wszystkich cech wymienionych jako minimalne parametry, oferty nie zawierające opisu cech wymienionych jako minimalne, nie będą rozpatrywane

VII. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 26.09.2016r.
2. Ofertę należy przekazać Zamawiającemu w jednej z poniższych form:

- a) drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl
- b) pisemnie do siedziby Zamawiającego na adres: Uzdrowisko Wysowa S.A. 38-316 Wysowa-Zdrój 149 (Sekretariat Biura Zarządu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7-16) w zamkniętej kopercie napisem: „Oferta na sprzęt medyczny w ramach projektu Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju”

VIII Rozstrzygnięcie postępowania

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowanym pisemnym protokołem. O rozstrzygnięciu niniejszego postępowania Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową oraz za pośrednictwem powszechnie dostępnej strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
2. Na wniosek oferenta, który złożył ofertę Zamawiający udostępni protokół z postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

Odwolania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

IX. Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego

1. W zakresie przedmiotu zamówienia; Marta Trojanowicz tel. 698990029. mail: rehabilitacja@uzdrowisko-wysowa.pl
2. W zakresie procedury: Grzegorz Koszarski – tel. 600061405, mail: grzegorz.koszarski@uzdrowisko-wysowa.pl

X. Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
4. Wzór umowy



Załącznik nr 1

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do rehabilitacji

Lp.	Nazwa	Wymagane parametry techniczne	Ilość
1.	Aparat do krioterapii	<ul style="list-style-type: none">- Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem,- Duży, dotykowy, ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz,- Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu,- Gotowe programy terapeutyczne Zbiornik o pojemności 30 litrów (+/-5%),- Czynnik roboczy – ciekły azot- Temperatura strumienia gazu: -160 stopni C -140 stopni C- Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 5- Regulacja skokowa od 20% - 100% siły nadmuchu- Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła) - w zależności o intensywności nadmuchu,- Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 65 dla średniego czasu zabiegu = 3min)- Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund,- Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeżenie przy pomocy sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury	1 szt.
2.	Lasery terapeutyczne wysokoenergetyczne	<ul style="list-style-type: none">- Laser terapeutyczny wysokoenergetyczny- Laser terapeutyczny o długości fali 1064 nm i mocy min. 8 W (8000 mW)- Wielkość wiązki (+/-5%) 1,70cm² (odstęp 1 cm), 30cm² (aplikator stożkowy)- Źródło wiązki: dioda laserowa GaAlAs- Praca w trybie ciągłym i impulsowym (10 000 Hz)- Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o przekątnej min. 5,9"- Możliwość tworzenia programów terapeutycznych- Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu- Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy- Elektroniczny timer zabiegowy- Wylącznik bezpieczeństwa- Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera- specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym- możliwość regulacji mocy lasera w trakcie trwania programu terapeutycznego bez jego przerywania- programy terapeutyczne dobierające moc wiązki lasera w zależności od koloru skóry (min. 3 rodzaje), od wieku (min. 3 kategorie wiekowe), rodzaje schorzenia- standardowe wyposażenie: jednostka sterująca, aplikator sondowy, aplikator stożkowy skanujący (dla pola 30cm²), ramię przegubowe z regulacją do zamocowania aplikatury stożkowej, stolik pod aparat z systemem jezdnym, okulary ochronne (2 pary), pilot nożny, komplet przewodów	1 szt.



Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym Na sprzedaż i dostawę urządzeń medycznych w ramach projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: POWR.05.02.00-00-0040/15-00 przedstawiamy ofertę na przedmiot zamówienia:

Lp	Nazwa	Ilość	Cena netto	VAT %	Cena brutto
1.	Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem	1			
2.	Lasery terapeutyczne wysokoenergetyczne	1			
Razem cena łączna					

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
- Oświadczamy, że udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do
- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy stanowiącej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zał. na 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Przez wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

.....
Miejscowość, data

.....
podpis Wykonawcy



UMOWA

zawarta w dniur. w Wysowej – Zdroju, pomiędzy „Uzdrowisko Wysowa” S.A. 38 – 316 Wysowa – Zdrój 149 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Kraków – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029238, NIP 738 – 000 – 55 – 90 , kapitał zakładowy w wysokości 12.550.000 zł , wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

1. Wacław Furmanek – Prezes Zarządu
2. Grzegorz Wacek – Prokurent

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a:

.....

reprezentowanym przez:

1.

Zwanym dalej WYKONAWCĄ.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego **Na sprzedaż i dostawę urządzeń medycznych** W ramach projektu: **Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: POWR.05.02.00-00-0040/15-00** została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia

.....

§ 2

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia określonego w § 1 umowy
2. Świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego o czasie reakcji 48 godziny.
3. Przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi.
4. Dostarczenia pełnej dokumentacji techniczno ruchowej (w języku polskim)

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

§ 4

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia..... r.

§ 5

Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, gdy przez obydwie strony umowy zostanie podpisany protokół odbioru urządzenia wraz z jego montażem i uruchomieniem.

§ 6

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości złotych netto + należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne:
 - a) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kara umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy;
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego kara umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy;
 - d) w przypadku ujawnienia wady w zakupionym urządzeniu Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin do usunięcia wady. Z tytułu zwłoki w przystąpieniu Wykonawcy do usunięcia wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wady Zamawiający zleci usunięcie wady innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
 - e) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu naprawy urządzenia Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Zapis pkt 1 nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ustalone wysokości kar umownych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych za pełną szkodę jaką poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

§ 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygał będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY